



CRB Analyse Service GmbH  
Stefan Pierdzig  
Bahnhofstrasse 14  
D-37181 Hardegsen - Germany

**VSL**

Thijsseweg 11  
2629 JA Delft  
Postbus 654  
2600 AR Delft  
Nederland

T 015 269 15 00  
F 015 261 29 71  
E [info@vsl.nl](mailto:info@vsl.nl)  
I [www.vsl.nl](http://www.vsl.nl)

**Uw kenmerk**

**Ons kenmerk**

**Datum**

2017/RIAB69PO

17 maart 2017

**Onderwerp**

RIAB 68 resultaat

Geachte deelnemer,

Hierbij ontvangt u de resultaten van RIAB ronde 69 en van de cumulatieve resultaten over rondes 66 t/m 69.

Uw laboratorium code is 48.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet met mij daarover contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Peter van Otterloo  
Algemeen coördinator ringvergelijkingen

## Ringonderzoek identificatie asbest in bulkmaterialen

### Score van de laatste vier ronden



### Deelnemer

CRB Analyse Service GmbH  
Bahnhofstrasse 14  
D-37181  
Hardeggen Duitsland

### Codering ringonderzoek

RIAB69

### De volgende vezelsoorten werden aangetroffen:


Vezelsoort	6901		6902		6903		6904	
	Resultaten	Referentie	Resultaten	Referentie	Resultaten	Referentie	Resultaten	Referentie
Chrysotiel	15-30%	30-60%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	2-5%	5-10%
Amosiet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	2-5%	0,1-2%	<0,1%	<0,1%
Crocidoliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Tremoliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Actinoliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Anthofylliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
	Aantal behaalde <b>Punten 10</b>		Aantal behaalde <b>Punten 10</b>		Aantal behaalde <b>Punten 10</b>		Aantal behaalde <b>Punten 10</b>	

De totaalscore voor deze ronde bedraagt **100**

De resultaten vallen hiermee in de categorie **Voldoende**

Datum: 2017-03-17

Handtekening



Dutch  
Metrology  
Institute



## RINGONDERZOEK IDENTIFICATIE ASBEST IN BULKMATERIALEN (RIAB)

Voorlopige resultaten van alle deelnemende laboratoria: ronde 69  
Overzicht van lopende scores rondes 66-69

<b>Labnummer</b>	<b>Score 6901</b>	<b>Score 6902</b>	<b>Score 6903</b>	<b>Score 6904</b>	<b>Score ronde 69 (%)</b>	<b>Score rondes 66-69 (%)</b>
1	10	10	10	8	95	95
2	10	10	10	10	100	100
9	10	10	10	8	95	99
11	10	10	10	10	100	99
13	10	10	10	8	95	99
19	10	10	0	10	70	90
24	10	0	10	10	75	93
28	10	10	10	10	100	100
32	10	10	10	10	100	100
33	10	10	10	10	100	99
34	10	10	10	10	100	100
35	10	10	10	10	100	100
36	10	10	10	10	100	92
39	10	10	8	0	70	91
40	10	10	10	8	95	92
43	10	10	10	10	100	99
44	10	10	10	10	100	100
45	10	10	10	0	75	84
48	10	10	10	10	100	-